

 	SIRINGHE SCHIZZETTONI FABBRICANTE FARMAC-ZABBAN S.p.A	ST163-ISP
	Informazioni in materia di Sicurezza e Prestazione	Rev. 00 08/04/2024

Destinazione d'uso

Le siringhe schizzettoni sono dispositivi destinati ad essere utilizzati da professionisti sanitari, in ambito ospedaliero/ambulatoriale al fine di veicolare fluidi come farmaci e soluzione fisiologica per irrigazione e lavaggio vescicale attraverso cateteri uretrali.

Istruzioni d'uso

Immergere il dispositivo nella sostanza da prelevare e tirare manualmente lo stantuffo: la contropressione esercitata permetterà il riempimento del serbatoio e successivamente sarà possibile compiere l'operazione di lavaggio attraverso l'uso di un catetere uretrale.

Metodo di sterilizzazione

Il dispositivo è sterilizzato ad ossido di etilene secondo ciclo validato (UNI EN ISO 11135).

Validità

Il dispositivo sterile ha validità 5 anni dalla data di sterilizzazione.

Avvertenze

Le caratteristiche e la sterilità del dispositivo sono garantite solo a confezione originale integra.

Non utilizzare se la confezione dovesse risultare danneggiata.

In caso di danneggiamento della confezione originale il dispositivo non può essere risterilizzato.

L'apertura della confezione primaria deve essere effettuata in modo da non compromettere la sterilità del dispositivo, il cui contenuto deve essere utilizzato immediatamente dopo l'apertura della confezione stessa.

Verificare la data di scadenza riportata sulla confezione o sull'etichetta. Utilizzare il dispositivo entro la data riportata.

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante o al rivenditore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

Effetti collaterali

Non sono stati riscontrati effetti collaterali dovuti all'utilizzo di questo dispositivo.

Controindicazioni

Non sono note particolari controindicazioni nell'uso di questo dispositivo; tuttavia, se ne sconsiglia l'utilizzo in quei pazienti con comprovata ipersensibilità verso i materiali componenti.

Metodo di conservazione

Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, al riparo da polveri, all'interno della confezione originale, lontano da fiamme libere e al riparo dalla luce solare diretta.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo secondo le normative locali vigenti sui rifiuti potenzialmente contaminati, considerando il grado di contaminazione dello stesso.

 	SIRINGHE SCHIZZETTONI FABBRICANTE FARMAC-ZABBAN S.p.A	ST163-ISP
	Informazioni in materia di Sicurezza e Prestazione	Rev. 00 08/04/2024

Significato simboli etichetta e confezionamento

	FABBRICANTE		MARCATURA CE
	CODICE DEL LOTTO		MANTENERE ASCIUTTO
	NUMERO DI CATALOGO		NON RIUTILIZZARE
	DATA DI FABBRICAZIONE		DISPOSITIVO MEDICO
	DATA DI SCADENZA		NON UTILIZZARE SE L'IMBALLAGGIO NON È INTEGRO E CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO
	STERILIZZATO CON OSSIDO DI ETILENE		TENERE LONTANO DALLA LUCE
	ATTENZIONE		NON RISTERILIZZARE

Data di emissione 08/04/2024

Firma

FARMAC ZABBAN S.p.A.
Responsibility Assicurazione Qualità
(Marco Gruppioni)

